

## INJECTION DE FER AUX HEMODIALYSES SUR POMPE A HEPARINE

**Indication** : Carence en fer

- La décision d'administrer du fer se fait sur OM.
- 1 ampoule de Venofer 5ml contient 100mg de polysaccharide de fer.
- Les ampoules se conservent à l'abri de la lumière.
- Le fer ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments.

**Posologie** : selon ordre médical exclusivement

- La posologie doit être inscrite et mise à jour sur la feuille rose du DSI.

**Mode d'administration** :

- 5ml (100mg) ou 10ml (200mg) selon prescription médicale, non dilués, à mettre dans une seringue *luer-lock* de 30ml, laquelle est placée directement sur la pompe à héparine des générateurs Intégra, Frésenius ou Gambro.
- L'administration se fait en continu pendant la dernière heure de la dialyse à une vitesse de 10ml/h (9,9ml/h sur Intégra – valeur maximum), ce qui correspond à 30 minutes pour 5ml (100mg) et 1 heure pour 10ml (200mg).

L'injection de fer dans le circuit de dialyse a tendance à faire coaguler donc, si le débit est mauvais ou si le circuit est déjà très noir, par exemple au cours des dialyses sans liquémine, il faut prendre la décision d'administrer le fer après la dialyse, selon les modalités habituelles de dilution.

  
Professeur Pierre-Yves Martin

## INJECTION DE FER AUX HEMODIALYSES

- Indication : carence en fer.  
La décision d'administrer du fer se fait sur OM
- 1 ampoule de Vénofer contient 100 mg de polysaccharide de fer.  
Les ampoules se conservent à l'abri de la lumière.
- Le fer ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments
- Posologie : 100 mg tous les 15 jours ou toutes les semaines selon OM  
La posologie doit être inscrite et mise à jour sur la feuille rose du DSI
- Mode d'administration : - 100 mg de fer , soit 1 ampoule de Vénofer, diluée dans 100 ml de NaCl 0,9%.  
- injecter en 30 mn pendant la dernière demi-heure de dialyse.
- L'injection de fer dans le circuit de dialyse a tendance à faire coaguler, donc si le débit est mauvais ou si le circuit est déjà très noir, par exemple au cours des dialyses sans liquémine administrer le fer après la dialyse.

Docteur P.Y MARTIN