

**PATIENT « HIV + » EN HEMODIALYSE**

1. Isolement géographique si possible, mais pas obligatoire.
2. Précautions spécifiques .
  - gants
  - lunettes
3. Nettoyage rapide ( et avec des gants ) des gouttes de sang
4. Nettoyage rapide ( et avec des gants ) du liquide de dialysat souillé, accidentellement versé à l'extérieur du circuit.  
Idem pour le liquide effluent sur le système prisma.
5. Pas de machine spéciale
6. Stérilisation normale de la machine, soit chaleur ou dialox selon l'heure de la dialyse.

M-G Droulez

Visa UPCI. P-Herrault. OK